

HÁNYPÓTIÁSI FELHÍVÁS, TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS A KBT. 67. § (1) BEKEZДЕSEBEN FOGLALTAKRA TEKINTETTEL 2.

Tisztelt Ajánlattevők!

Iktatószám: PI-7383-54/2015.

Az Országos Tisztifőorvos Hivatal által kiírt, a TED-en 2015/S 063-110434. számú megjelent „*Az egészéges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megalosítása céljából különféle laborteknikai készülékek és eszközök beszerzése*” tárgyú közbeszerzési eljáráshban ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hiánypótást és további felvilágosítást kér a következő ajánlattevőktől, az alábbiak szerint:

I. HIÁNYPÓTLÁS

„Kromat” Műszerforgalmazó Kft.

I.
Előírás:

Ajánlattevő az ajánlati felhívás IV.3.6. pontjában előírta:

„Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok pályaműnek, illetve részvételi jelentkezések helyi(hi)aiok: magyar.”

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.5. 7. pontjában az alábbiakat közölte az ajánlattevőkkel:

„Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.”

Hányosság:

Ajánlattevő ajánlata következő tételei tekintetében kizárolag idegen nyelvű termékleírásokat csatol:

I.sz. részben

- 5.1.7. GC-MS/MS - Gázkromatográf-tömegspektrometer rendszer (349., 365., 375., 381., 473-491.oldalak)
- 5.1.8. UHPLC-MS-MS rendszer (415. oldaltól a 445. oldalig)
- 5.1.9. Ionkromatográf
- 5.1.17. Liофлизátor
- 5.1.13. Új generációs szekvenáló
- 5.1.49. Spektrofotométer küvetts és mikrotér fogatos kiegészítővel
- 5.1.50. Biológiai homogenizátor
- 5.1.52. Elektromos pipettor

II. sz. részben

- 5.2.2. Gázkromatográf (949-956., 957-962.0, 963-981.0., 1029-1035.0.)
- 5.2.3. Folyadékkromatográf DAD, FLD detektorokkal, MS Single quadrupollal (1007-1028.0., 1105-1109.0.))
- 5.2.7. Spektrofotometer 190-900 nm
- 5.2.8. Soxhlet-séle zsírkivonó készülék
- 5.2.17. Blokk termosztát változtatható fűtőblokkal kémcsövekhez mintabépárláshoz
- 5.2.18. Mintakoncentráló egység termoblokkhoz
- 5.2.24. Hűtő-fűtő termosztát

Hányatólás:

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőtől, hogy a fenti eszközök tekintetében magyar nyelvű fordítást szíveskedjék csatolni, egyben nyilatkozatot szíveskedjék benyújtani, amelyben cégszervező nyilatkozik arról, hogy az általa a hánypótolásba becsatolt fordítások az az ajánlattevő általi felelős fordítással készültek.

VMD Zrt.

I.

Előírás:

Ajánlattevő az ajánlati felhívás IV.3.6 pontjában előírta:

„Az(ok) a nyelv(ek), amelyeken a pályaművek, illetve részvételi jelentkezések hanyatlhatók magyar.”

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.5. 7. pontjában az alábbiakat köölte az ajánlattevőkkel:

„Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi feljelölés fordítását is elfogadja.”

Hányosság:

Ajánlattevő ajánlata következő tételei tekintetében kizárolag idegen nyelvű termékleírásokat csatol:

I. sz. részben

- 5.1.9. Ionkromatográf
- 5.1.11. Luminométer
- 5.1.13. Új generációs szekvenáló
- 5.1.33. Termosztát
- 5.1.34. Levegő mintavevő
- 5.1.36. PCR
- 5.1.39. Hűthető/fűthető programozható frázó termosztát
- 5.1.45. ELISA olvasó
- 5.1.46. ELISA mosó
- 5.1.47. Kis kapacitású centrifuga
- 5.1.50. Biológiai homogenizátor
- 5.1.51. Egycsatomás pipetta készlet
- 5.1.52. Elektromos pipettor

II. sz. részben

- 5.2.8 Soxhlet-féle zsírkivonó készülék
- 5.2.25 Asztali autoklav
- 5.2.27 Termosztát 55 literes
- 5.2.33 Gélelektronforézis
- 5.2.34 Első tápegyésg
- 5.2.35 Géldokumentációs rendszer
- 5.2.40 PCR

Hányatólás:

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőtől, hogy a fenti eszközök tekintetében magyar nyelvű fordítást szíveskedjék csatolni, egyben nyilatkozatot szíveskedjék benyújtani, amelyben cégszervező nyilatkozik arról, hogy az általa a hánypótolásba becsatolt fordítások az az ajánlattevő általi felelős fordítással készültek.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a több félre típus/konfiguráció/opción tartalmazó ílegén nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításának mellett az azánlat targyát képező típusról/konfigurációról/opcionról is egyértelműen megjelölni sziveskedjenek.

III. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS



„Kromat” Műszervorgalmazó Kft.

1. sz. rész tekintetében:

1. 5.1.10. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a veszélyes köröközö baktériumokat azonosító adatbázist is tartalmazza-e az ajánlat.
2. Az 5.1.13. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő arra tekintettel, hogy kritikus szoftverről van szó, minden a szoftverről, minden a szoftver 2 tekintetében további felvilágosítás kérés kérében kéri a szoftverek rövid leírását.
3. 5.1.15. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy milyen próbatervet tervező szoftver tartozik a készülékhez?
4. 5.1.37. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megerősíteni – figyelemmel arra, hogy az ajánlatból egyértelműen nem állapítható meg -, hogy a megajánlott termék rendelkezik
 - a. hőlégsterilizálási funkcióval,
 - b. HEPA szűrővel,
 - c. nyitott ajtó figyelmeztetéssel, a beállított értékkel való elterés jelzéssel,
 - d. felügyeleti rendszerre köthetőseggel.
5. 5.1.38. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő nyilatkozzék arról, hogy a) a megajánlott eszköz felügyeleti rendszerre köthető-e,
- b) rendelkezike a megajánlott készülék azzal a tulajdonsággal, hogy jelzi a nyitott ajtót illetve a beállított hőmérsékletektől való eltérést.
6. 5.1.40. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyértelműsíteni, hogy a megajánlott készülék fókonként állítható-e.
7. 5.1.41. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyértelműsíteni, hogy a megajánlott készülék fókonként állítható-e.
8. 5.1.44. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyértelműsíteni, hogy
 - a) a megajánlott eszköz tömege üresen hány kg,
 - b) a megajánlott készülék fókonként állítható-e?
9. 5.1.46. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő egyértelműsíteni, hogy a megajánlott eszköz képes a „bottom” és „overflow” mosási módot biztosítani.
10. 5.1.47. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy a megajánlott eszköz a maximum sebességet mennyi idő alatt éri el és mennyi idő alatt áll le a maximum sebességről.
11. 5.1.50. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy a 80% páratartalom esetén is működőképes-e a készülék.
12. 5.1.51. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy kalibrációs bizonyálltal együtt fogja-e ajánlattevő a készüléket szállítani.

VMDZrt

1. sz. rész tekintetében:

1. 5.1.2. téTEL, 5.1.3. téTEL, 5.1.4. téTEL, 5.1.5. téTEL, 5.1.17. téTEL, 5.1.21. téTEL, 5.1.23. téTEL, 5.1.24. téTEL, 5.1.48. téTEL, 5.1.51. vonatkozásában kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő egyértelműen nyilatkozzék, hogy a becsatolt, különöző típusokra/konfigurációkra vonatkozó műszaki dokumentációk közötti mélyiket tekintse ajánlatkérő a megajánlott eszköz műszaki leírásához (tekintve, hogy az az ajánlatból egyértelműen nem állapítható meg.) Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a megjelölt műszaki leírás nem tartalmaz egyértelmű választ a kiírás szerinti valamennyi műszaki követelményre vonatkozóan, akkor azt hiánypótlás keretében ajánlattevő pótolja.
2. 5.1.10. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a veszélyes köröközö baktériumokat azonosító könyvtárat is tartalmazza-e az ajánlat.
3. 5.1.11. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri megadni, hogy milyen szoftverrel ajánlják meg a terméket.
4. 5.1.12. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő a megajánlott eszközök vonatkozásában kéri megadni azokat az információkat, amelyekből megállapítható, hogy az eszköz megfelel az alábbi elvárásoknak:
 - min. Intel® Core™ i5-650(3,2 GHz), min. 8 GB RAM, min. 1 TB HDD, CD-RW/DVD-RW combo drive,
 - 1 db min. 22" TFT monitor,
 - 1 db színes lézernyomtató,



- min. Microsoft Windows 7 operációs rendszer,
 - billentyűzet és egér,
 - minimum 24 hónap helyszíni garancia
 - induláshoz kb. 4000 futáshoz elegendő reagens, kapilláris, műanyag aru (plate).
5. Az 5.1.13. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő arra tekintettel, hogy kritikus szoftverről van szó, minden a szoftverl, minden a szoftver 2 tekintetében további felvilágosítás kérés keretében kéri a szoftverek rövid leírását.
6. 5.1.14. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő
- a. kéri megadni, hogy milyen szoftverrel ajánlják meg a terméket;
 - b. a megejánlott eszközök vonatkozásában kéri megadni azokat az információkat, amelyekből megállapítható, hogy az eszköz megfelel az alábbi elvárásoknak:
 - min. Intel® Core™ i5-650(3.2 GHz), min. 8 GB RAM, min. 1 TB HDD, CD-RW/DVD-RW combo drive, internet kapcsolat,
 - 1 db min. 22" TFT monitor / PC,
 - 1 db színes lézernyomató,
 - min. Microsoft Windows 7 operációs rendszer (64 bit) /PC, billentyűzet és egér/ PC,
 - minimum 24 hónap helyszíni garancia.
7. 5.1.15. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy milyen próba tervező szoftver és milyen reagens tartozik a készülékhez.
8. 5.1.16. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy minden és minden reagens tartozik a készülékhez.
9. 5.1.17. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy
- a. a megejánlott készülék rendelkezik-e az alábbi tulajdonságokkal:
 - alkalmás bakteriumok, vírusok liofilizálására a környezet és a párhuzamosan liofilizált minták kontaminációja nélkül,
 - dekontaminálható, (kiegészítő tajékoztatás: dekontaminálhatóságnak megfelel a hidrogén peroxidos dekontaminálás)
 - gumiidigós ampullák használhatók hozzá,
 - liofilizálandó térfogat 0,1-0,5ml/ampulla, összesen min. 20ml térfogat liofilizhető egyszerre,
 - b. a készülék kompletten használható, vagy az ajánlatkérőnek kell még alkairészeket beszereznie?
10. 5.1.18. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri megadni, hogy a paltronok 4000 m³ fertőtlenítésére képesek-e, vagyis az ajánlat tartalmazza-e ezt a mennyiséget.
11. 5.1.19. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri megadni, hogy az eszközhöz tartozó 200-200 2,0ml-es és 15ml-es csöveket ajánlattevő megajánja-e, vagyis az ajánlat tartalmazza-e ez a mennyiséget.
12. 5.1.28. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a Pt 100 érzékelőt is tartalmazza-e az ajánlat, illetve hogy hány polccal fogja ajánlattevő az eszközt szállítani.
13. 5.1.31. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri ajánlattevő egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy a felsorolt elemek és darabszámok képezik-e az ajánlat tárgyát.
14. 5.1.38. téTEL tekintetében az ajánlatkérő a műszaki leírásban előírta, hogy hőlegsterilizálási funkcióval rendelkezzék a megajánlott eszköz. Az ajánlattevő megoldása ezellel szemben nedves gózs megoldás. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő igazolja, hogy a nedves góz a spórat is elöli a specifikációban szereplő paramétereik mellett.
15. 5.1.40. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyérműsíteni, hogy a megajánlott készülék fokonként állítható-e.

16. 5.1.41. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyértelműsíténi, hogy a megajánlott készülék fokonként állítható-e.

17. 5.1.43. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri megadni, hogy a műszaki leírásban elárt „hozzá tartozó rack-ek és dobozok” (kiegészítő tájékoztatás: Annyi rack és doboz, amennyi az adott térfogatban elfér, és alkalmás 1,5ml-es centrifuga csövek, 2,0ml-es fagyaszító ampullák tárolására) követelménynek az ajánlattevő ajánlata eleget tesz-e, vagyis ajánlattevő biztosítja – e az elvárt mennyiséget.

18. 5.1.44. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyértelműsíténi, hogy a megajánlott készülék fokonként állítható-e.

19. 5.1.48. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő egyértelműsíténi, hogy milyen típusú eszköz képezi az ajánlat tárgyát.

20. 5.1.51. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy kalibrációs bizonylalattal együtt fogja-e ajánlattevőt a készüléket szállítani.

21. 5.1.50. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő megadni, hogy a 80% páratartalom esetén is működőképes-e a készülék továbbá, hogy a „2-15 és 15-50 ml csövekhez feltét” elvárást is teljesít-e.

22. Az 5.1.37. CO₂ inkubátor, kisméretű (<50L), asztali, az 5.1.49. Spektrofotometér kúvetta és mikrotérforratos kiegészítővel, és az 5.2.32. Mágneses keverő tételek tekintetében kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő gyári műszaki leírásnak megfelelő magyar nyelvű fordítást sziveskedjek benyújni a megajánlott termékek ajánlatkérő általi ellenörzíthetősége érdekében.

2. SZ. rész tekintetében:

1. 5.2.5. téTEL, 5.2.6. téTEL, 5.2.8. téTEL, 5.2.9. téTEL, 5.2.10. téTEL, 5.2.11. téTEL, 5.2.12. téTEL, 5.2.15. téTEL, 5.2.20. téTEL, 5.2.21. téTEL, 5.2.22. téTEL, 5.2.33. téTEL, 5.2.34. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő egyértelműen nyilatkozzék, hogy a becsatolt, különböző típusokra/konfigurációkra/tartozékokra vonatkozó műszaki dokumentációk közül melyiket tekintse ajánlatkérő a megajánlott eszköz/konfiguráció/tartozék műszaki leírásának (tekintve, hogy az az ajánlatból egyértelműen nem állapítható meg.) Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a megjelölt műszaki leírás nem tartalmaz egyértelmű választ a kiírás szerinti valamennyi műszaki követelményre vonatkozóan, akkor azt hiánypötölés keretében ajánlattevő pótolja.

4.SZ. rész tekintetében:

1. 5.4.1. téTEL (gépjármű) vonatkozásában kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő egyértelműen nyilatkozzék, hogy a becsatolt, különböző típusokra vonatkozó műszaki dokumentációk közül melyiket tekintse ajánlatkérő a megajánlott eszköz műszaki leírásának (tekintve, hogy az az ajánlatból egyértelműen nem állapítható meg.), illetve jelölje meg egyértelműen, hogy milyen gépjármű típusát ajánl. Csatlójon továbbá műleírás a belső kialakításról.
2. 5.4.2. téTEL vonatkozásában kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő egyértelműen nyilatkozzék, hogy a becsatolt, különböző típusokra vonatkozó műszaki dokumentációk közül melyiket tekintse ajánlatkérő a megajánlott eszköz műszaki leírásának (tekintve, hogy az az ajánlatból egyértelműen nem állapítható meg.). Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megjelölt műszaki leírás nem tartalmaz egyértelmű választ a kiírás szerinti valamennyi műszaki követelményre vonatkozóan, akkor azt hiánypötölés keretében ajánlattevő pótolja.
E téTEL tekintetében ajánlatkérő a műszaki leírásban a következő írta elő: „Hálózati csatlakozás: 110-230 V AC, 50/60 Hz.” Ajánlattevő ajánlataiban megajánlott készülék működési tartománya ettől eltérő paramétereket tartalmaz.

Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárásnak.

3. 5.4.3. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő a műszaki leírásban a következőket írta elő: „maximum 160 x 220 x 100 mm (szélesség x mélység x magasság)” Ajánlattevő ajánlataiban megajánlott eszköz mérete ettől eltérő paramétereket tartalmaz.

Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárasnak.

4. Az 5.4.4. téTEL vonatkozásában ajánlatkérő kéri egyértelműen megadni, hogy a megajánlott eszköz tekintetében a méret vonatkozásában az adatok melyik dimenziót jelölik.

5. 5.4.5. és 5.4.6. tételek tekintetében a magyar nyelvű fordítás nem tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy negfelel-e a műszaki leírás azon elvárasának, hogy „Vékony pipettavég szűk minacsoból törieno felszívásrahoz”. Kéri ajánlatkérő egyértelműen, magyar nyelven megadni, hogy a megajánlott eszközök a jelzett kritériumnak megfelelnek.

6. 5.4.7. téTEL tekintetében:

- a) a magyar nyelvű fordítás nem tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy megfelel-e a műszaki leírás azon elvárasának, hogy „Vékony pipettavég szűk minacsoból törieno felszívásrahoz”;
- b) Az ajánlatkérő a műszaki leírásban e téTEL kapcsán a következőket írta elő: „5000 µl teszt térfogatnál: ±0,60% pontosság, ±0,20% ismételhetőség 2500 µl teszt térfogatnál: ±0,80% pontosság, ±0,30% ismételhetőség, 500 µl teszt térfogatnál: ±3,00% pontosság, ±0,60% ismételhetőség” A benyújtott műszaki ajánlatban a specifikáció eltérő teszt térfogatokat, pontosságot és ismételhetőséget tartalmaz. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárasnak.

7. 5.4.8. téTEL tekintetében:

- a) a magyar nyelvű fordítás nem tartalmaz arra vonatkozó információt, hogy megfelel-e a műszaki leírás azon elvárasának, hogy „Vékony pipettavég szűk minacsoból törieno felszívásrahoz”;

- b) Az ajánlatkérő a műszaki leírásban e téTEL kapcsán a következőket írta elő: „10000 µl teszt térfogatnál: ±0,60% pontosság, ±0,20% ismételhetőség, 5000 µl teszt térfogatnál: ±0,80% pontosság, ±0,30% ismételhetőség, 1000 µl teszt térfogatnál: ±3,00% pontosság, ±0,60% ismételhetőség” A benyújtott műszaki ajánlatban a specifikáció eltérő teszt térfogatokat, pontosságot és ismételhetőséget tartalmaz. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárasnak.

8. 5.4.9. téTEL tekintetében ajánlatkérő a műszaki leírásban e téTEL kapcsán a következőket írta elő: Tömeg: maximum 10 kg. A benyújtott műszaki ajánlatban a ettől magasabb érték szerepel. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elváráshnak.

9. 5.4.10. téTEL tekintetében nem derül ki az ajánlatból, hogy A készüléknél szemnyíviz homogenizálására alkalmas-e, mekkora a sebesség deviáció, a hibákód megilletik-e a kijelzőn, mekkora az eszköz zsazsintje, a méret vonatkozásában az adatok melyik dimenziót jelölik, továbbá az eszköz hogyan felel meg a az üzemi feszültségre vonatkozó előírásnak. Az ajánlat ezen eszköz vonatkozásában a Homogenizáló eszközre vonatkozó előírásoknak való megfelelésre nézve semmilyen adatot nem tartalmaz. Kéri ajánlatkérő a hiányzó adatok megadását.

10. 5.4.11. téTEL tekintetében az ajánlatkérő a műszaki leírásban a következő elvárást fogalmazta meg: „Maximális mérete (Sz x Mé x Ma): 170 x 290 x 150 mm” Az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban az eszköz ettől nagyobb. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárasnak.

11. 5.4.14. téTEL tekintetében ajánlatkérő kéri egyértelműsíteni, hogy mi az ajánlat tárgya. A megajánlott gyártmány és típus a magyar nyelvű szövegben nincs egyértelműen megjelölve, a műszaki leírásban csak idegen nyelvű prospektusban többféle típus szerepelt, nem derül ki, hogy ezek közül melyikre vonatkozik az ajánlat. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő egyértelműsítse ajánlata tárgyat és e melllett adjon meg magyar nyelven mindenötöt az adatokat, amelyekből ajánlatkérő meg tudja állapítani az ezen téTEL tekintetében tett megajánlásnak a műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelőségét.

12. 5.4.15. téTEL tekintetében az ajánlatkérő az alábbiakat írta elő: „Ürtartalom: legalább 25 liter [...] Méret: legfeljebb 40 x 30 x 40 cm (mag. x szél. x hossz)”. Kiegészítő tájékozatás: „elfogadható a 385 x 270 x 485 mm is.” Ajánlattevő ajánlatában megajánlott eszköz méret és ürtartalma az elvárasokhoz képest eltérő. Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárasoknak.

13. 5.4.17. létel tekintetében:

- a) az ajánlatkérő az alábbi írta elő: „Méréstartomány: legalább 0,01...1100 NTU” .
Ajánlattevő ajánlatában megjánlott eszköz méréstartománya az elvárasokhoz képest eltérő.
Kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevő adjon magyarázatot arra, hogy az ajánlattevő ajánlata ezen téTEL tekintetében hogyan felel meg a műszaki leírásban foglalt elvárasoknak.
- b)az ajánlat nem tartalma arra vonatkozóan információt, hogy az eszköz megfelel-e a következő elvárasoknak:
LCD kijelző háttérvilágítással,

Automatikus kikapcsolás legfeljebb 10 perc inaktivitás után,

Pontosság: 500 NTU értékig a mért érték $\pm 2,5\%$ -a, felette a mért érték $\pm 5\%$ -a

Méret: max. 20 x 15 x 10 cm (hossz x szél. x mag.)

Tömeg: max. 0,5 kg

Kéri ajánlatkérő a hiányzó adatok megadását.

Mind A „Kromat” Műszerforgalmazó Kft., minden a VMD Zrt. tekintetében választ igénylő további felvilágosítás kérés, az I. és a II. részek vonatkozással:

A módosított ajánlati felhívás VI.3.29 pontjára, valamint a 3. számú kiegészítő tájékoztatás (iktatósámi: PI-7383-29/2015.) 2. számú kérdésére adott ajánlatkérői válaszra tekintettel az I. és II. részre benyújtott ajánlat vonatkozásában kéri ajánlatkérő, hogy ajánlattevők a jelen tájékoztatás kérés melükkelként csatolt mintha szerint (eszköönként külön-külön) nyilatkozatnak egyértelműen arról, hogy van-e a megajánlott eszközök belütemeléseknek hárnylien – az Ajánlatkérő által teljesítendő, speciális helykialakítást igénylő – feltétele (a Nyilatkozat miniat a jelen kiegészítő tájékoztatást kérő levél melléklete tartalmazza).

A hiánypótlásra, további felvilágosítás kérésre adandó válasz megadására nyíltva álló határidő:
2015. június 1. 10.00 óra

A hiánypótlás, további felvilágosítás kérésre adandó válasz megadására vonatkozó formai elvárasok meggyeznek az ajánlattal szembeni formai elvárással, azzal az eltéréssel, hogy „AJÁNLAT” helyett „HIÁNYPÓTLÁS 2.” szöveget kell az iraton feltüntetni.
Kéri továbbá ajánlatkérő, hogy a hiánypótlásokat (indokolásokat, további felvilágosítás kérésre a válaszokat) az aztai.marta@oth.antsz.hu és a krollb@gmail.com e-mail címre is szíveskedjenek megküldeni.

A hiánypótlás helye: az ajánlatok benyújtásának helyszíne: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „D” épület I. emelet – projektiroda.

Kérjük, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak szíveskedjenek eleget tenni.

Budapest, 2015. május 26.

Tisztelettel:

(Rózsa)

Krill Erzsébet
Krill és Társa Bt.
ügyvezető



NYILATKOZAT

(mintá)

a megajánlott eszközök beüzemeléséhez esetlegesen szükséges - Ajánlatkérő által biztosítandó - feltételekről

Ajánlott az Országos Tisztiorvosai Hivatal által indított „Az egészéges ivánz bizesztásához szükséges laboratóriumi fejlesztések megrakására végrehely különjelű labortechnikai készülékek és eszközök beszerzése” targyú közbeszerzési eljáráson, mint a(z) (ajánlattevő neve, székhelye) ajánlattevő céjelegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a hivatkozott eljárási I. és II. részében benyújtott ajánlatunkban megijölt eszközök beüzemeléséhez Ajánlatkérő részéről az alábbi feltételek biztosítása szükséges.

I. rész: Labortechnikai készülékek és eszközök 1. (központi laborok)

Sors zám	Megnevezés	A megajánlott eszköz beüzemeléséhez szükséges, Ajánlatkérő által biztosítandó feltételek (amennyiben nincs ilyen feltétel, kerüljük ennek tényét az adott célában egvértelműen írni)
1.	Atomabszorpciós spektrofotométer	
2.	Radon-koncentráció méréberendezés	
3.	Gázatáramlásos alacsony háttérű alfa/béta mérőrendszer	
4.	6 kamrás integrált alfa-spektrometriai mérőrendszer	
5.	Gamma-spektrometriai mérőrendszer	
6.	TOC készülék (Total Organic Carbon)	
7.	GC-MS/MS- Gázkromatográf tömegspektrométer rendszer	
8.	UHPLC-MS-MS rendszer	

9.	Ionkromatográfi
10.	MALDI-TOF MS
11.	Luminométer
12.	Sanger szekvenáló, 8 kapillárral
13.	Új generációs szekvenáló
14.	Inverz fluorescens mikroszkóp, kamerával és dokumentációs szoftverrel
15.	Valós idejű PCR készülék, kapilláris rendszerű
16.	Valós idejű PCR készülék, plate rendszerű
17.	Liofilizátor
18.	H2O2 alapú légtér fertőtlenítő készülék
19.	Asztali ultracentrifuga
20.	Hűthető laboratóriumi centrifíga
21.	Laboratóriumi autokláv
22.	Rota desztrilláló
23.	Bioķemijai oxigénigény mérőrendszer
24.	Izzítőkemence
25.	Hűtő
26.	Mélyhűtő
27.	Vákuumpumpa
28.	Szaritószekrény
29.	Hűtő-fűtő termosztát
30.	Centrifuga (hűthető)
31.	Lezárogép és tartozékok
32.	Autokláv
33.	Termosztát (hűtött inkubátor)
34.	Levegő mintavevő
35.	Denzitométer (sejzsuszpenzió turbiditásának mérése)

36.	PCR
37.	CO ₂ inkubátor, kisméretű (<50L), asztali
38.	CO ₂ inkubátor, nagyméretű (>150L)
39.	Hűthető/fithető programozható rázó termosztát
40.	Hűtő, min. 340L
41.	Mélyhűtő (-30°C)
42.	Ultramélyhűtő, kisméretű
43.	Ultramélyhűtő, nagy
44.	Ultramélyhűtő, hordozható
45.	ELISA olvasó
46.	ELISA mosó
47.	Kis kapacitású centrifuga
48.	Minicentrifuga
49.	Spektrofotométer küvetta és mikrotér fogatos kiegészítővel
50.	Biológiai homogenizátor
51.	Egyesatomás pipetta készlet
52.	Elektromos pipettor

II. rész: Laborteknikai készülékek és eszközök 2. (területi laborok)

Sors zám	Megnevezés	A megajánlott eszköz beüzemeléséhez szükséges, Ajánlatkérő által biztosítandó feltételek (amennyiben nincs illetően feltétel, kérjük ennek tényletét az adott célában egyértelminen telezni)
1.	Atomabszorpcios spektrofotométer	
2.	Egyszeres quadrupol gázkromatográf/ tömegspektrométer	
3.	Folyadékkromatográf DAD, FLD detektorokkal, MS Single quadrupollal	
4.	Szilárdfázisú extrakciós rendszer (SPE)	
5.	Radon-koncentráció mérőberendezés	
6.	Gázáramlálos alacsony háttérű alfa/béta mérőrendszer	
7.	Spektrofotométer 190-900 nm	
8.	Soxhlet-féle zsírkivonó készülék	
9.	Szabályozható fordulatszámú kémcsőrászó	
10.	Körkötös síkrázó 100 ml – 1000 ml-es lombikokhoz	
11.	Tartórudas síkrázó 1L-es mintatartó üvegekhez	
12.	Aszáli pH és vezetőképesség mérő	
13.	Hordozható pH mérő	
14.	Teleszkópos flakonos mintavező	
15.	Folyadékadgoló diszpenzer	
16.	Táramérleg (kémiai vizsgálatokhoz)	
17.	Blokk termosztát változtható fűtőblokkal kémcsövekhez mintabepárláshoz	
18.	Mintakoncentráló egység termoblokhoz	
19.	Allitható folyadék adagolók szerves oldószerhez	

20.	Állítható folyadék adagolók savakhoz, lúgokhoz
21.	Automata titrátör
22.	Automata büretta
23.	Zavarosságmérő
24.	Hűtő-fűtő termosztát
25.	Asztali autokláv
26.	Termosztát 200 literes
27.	Termosztát 55 literes
28.	Levegőmintavező
29.	Táramérleg (mikrobiológiai vizsgálatokhoz)
30.	Vákuumpumpa
31.	Centrifuga (hűthető)
32.	Mágneses keverő
33.	Gételektroforézis
34.	Eifo lápegyseg
35.	Géldokumentációs rendszer
36.	Lezárogép és tartozékok
37.	Mikroszkóp
38.	Inverz mikroszkóp
39.	Telepszámlájó
40.	PCR